

| 検査室名 | 検査項目 | 経 解 析 機 | 検査部位 | 依頼可能 診療科 | オーダー入力ガイド | 出張 予約枠 | | | 検査所要時間 | | 検査所要時間の定義 | | 受付不可患者 | 注意事項 | |
|--------|------------------|------------------|------|------------------------|-------------------------|--------|---|--------------|-----------------------|--------------------------------|--|------------------------|---|---|------------------|
| | | | | | | 有 | 無 | オー プ ン | C ク ロ ー ズ | 検査が円滑に進んだ場合 | 開始時間 | 終了時間 | | | |
| 心肺機能検査 | 安静時心電図 | - | 心臓 | 全科 | 01生理検査初期画面▽▽心電図検査 | - | - | - | 5分 | 検査ブースに入った時間 | 心電計で「検査確定」ボタンを押した時間 | 脳深部刺激療法 | 動いたり体が入ると正確な心電図が記録できないので、できるだけ | | |
| | 安静時心電図+CV (RR間隔) | - | 心臓 | 全科 | | - | - | - | 20分 | 検査指示票のバーコードをバーコードリーダーでスキャンした時間 | 検査システムに最終データを送った時間 | 脳深部刺激療法 | 運動を行いやすい服装で検査を受け | | |
| | 負荷心電図 | - | 心臓 | 全科 | | - | - | - | 15分 | | | 脳深部刺激療法 | 動いたり体が入ると正確な心電 | | |
| | 負荷心電図OD | - | 心臓 | 全科 | | - | - | - | 25分 | | | 脳深部刺激療法 | 動いたり体が入ると正確な心電 | | |
| | ホルター心電図 | ✓ | 心臓 | 全科 | 01生理検査初期画面▽▽ホルター心電図検査 | 有 | - | 0 | 24時間~24時間10分 | 記録を開始してから記録が自動終了するまでの時間 | 記録を開始してから記録が自動終了するまでの時間 | 脳深部刺激療法 | 入浴やシャワーは利用できません。機器を水に濡らさないでください。 | | |
| | ホルター心電図 (血圧) | ✓ | 心臓 | 全科 | | - | 無 | 0 | 24時間~25時間10分 | :長時間心電図記録解析結果報告書に表示されています | 患者の睡眠時間 | 特になし | 機器を水に濡らさないでください。 | | |
| | ホルター呼吸 (SpO2+口鼻) | ✓ | 心臓 | 循環器内科 | | - | 無 | - | C 最大8時間 | 最大14日間 | 記録を開始してから記録を終了するまでのあらかじめ | 脳深部刺激療法 | 入浴やシャワーの時は機器を外してください。 | | |
| | ホルター心電図 (イベント) | ✓ | 心臓 | 全科 | | - | 無 | - | - | - | - | 脳深部刺激療法 | 入浴やシャワーの時は機器を外してください。 | | |
| | 肺機能検査 | - | 肺 | 全科 | 01生理検査初期画面▽▽肺機能検査 | - | 無 | - | - | 10分 | 肺機能検査室に入室した時間 | 呼吸機能測定装置で「転送」ボタンを押した時間 | 感染性の結核患者 | 正確な検査結果を得るために、臨床検査技師の指示に従って精一杯息を吸ったり吐いたりしてください。 | |
| | 肺機能検査 (気道可逆性検査) | - | 肺 | 呼吸器内科 | | - | 無 | 0 | - | 10分 | 肺機能検査のみの時間 | | 感染性の結核が疑われる患者 | | |
| | 精密肺機能検査 | - | 肺 | 全科 | | - | 無 | 0 | - | 20~40分 | | | | | |
| | 呼気NO濃度検査 | - | 気道 | 全科 | | - | 無 | - | - | 5~10分 | 肺機能検査室に入室した時間 | レポートの印刷が完了した時間 | 感染性の結核患者 50mL/秒±10%の呼出速度維持が困難な患者 (例) 乳児や幼い子供、気管切開患者、酸素吸入患者 | 専用の機器に一定の速度で息を吹き込んでください。 | |
| | トレッドミル エルゴメータ | - | 心臓 | 循環器内科 心臓血管外科 小児科 | 01生理検査初期画面▽▽心電図検査 (その他) | - | 無 | 0 | - | 40分 | 検査ブースに入った時間 | 医師がリカバリー終了と判断した時間 | 脳深部刺激療法 急性期心筋梗塞発症早期、不安定狭心症 コントロール不良の不整脈 症候性高度大動脈弁狭窄症 急性あるいは重症心不全 急性肺塞栓または肺梗塞 急性心筋炎または心膜炎 解離性大動脈瘤などの重篤な血管病変 | お手洗いは検査前にお済ませください。 運動を行いやすい服装で検査を受けてください。 検査中に胸の痛みやヒザ痛、めまいなど体に異常を感じたらすぐにお申し出ください。 お手洗いは検査前にお済ませください。 | |
| | トレッドミル (CPX) | - | 心臓、肺 | 全科 | | - | 無 | - | - | 10分 | 両足を切断している場合 両腕を切断している場合 傷または潰瘍がある場合 両上腕にシャントがある場合 | 検査ブースに入った時間 | 検査システムにデータを転送した時間 | 検査中は体の力を抜いてリラックス | 検査中は体の力を抜いてリラックス |
| | ABI | - | 四肢血管 | 全科 | | - | 無 | - | - | 10分 | | | | | |
| | 負荷ABI | - | 四肢血管 | 全科 | | - | 無 | - | - | 20~30分 | | | | | |
| | SPP(皮膚灌流圧) | - | 末梢血管 | 全科 | | - | 無 | 0 | - | 45~60分 | 検査ブースに入った時間 | レポートの保存と印刷が完了した時間 | 特になし | お手洗いは検査前にお済ませください。 検査中は動いたり声を出したりしないでください。 潰瘍に近い位置にカフを巻き加圧しますので一時的に痛みを感じる場合があります。しばらくすると減圧しますが、もしも痛みが強い場合はお申し出ください。 手足の爪のマニキュアなどは落としてください。 | |
| | 指尖容積脈波 | - | 指 | 全科 | | - | 無 | - | - | 20分~30分 | 検査ブースに入った時間 | 波形の記録が完了した時間 | 特になし | 検査3時間前から絶食。 検査3時間前から水分摂取を控える (喉の渇きを解消するための少量の水分摂取は良い)。 お手洗いは検査前にお済ませください。 | |
| | 体成分測定 (インボディ) | - | | 全科 | | - | 無 | 0 | - | 10分 | 検査ブースに入った時間 | 検査システムにデータを転送した時間 | 心臓ペースメーカーを装着している場合 生体情報モニターなど生命維持に必要な医療機器を装着している場合 妊娠している場合 | 検査当日は絶食、禁煙。 検査は早朝空腹時安静状態で施行。 | |
| | 基礎代謝 | - | | 全科 | | - | 無 | - | C | 20分 | 心電図室に入室した時間 | 測定データを保存した時間 | 酸素吸入している患者 | 検査前日は過労を避け、食事は適度に摂取し、早めに就寝。 検査当日は絶食、禁煙。 検査は早朝空腹時安静状態で施行。 | |